


产品使用说明书

人软组织瘤细胞 SW1353

货号：TCH-C342

规格：1×10⁶ cells/T25 培养瓶



SW 1353 细胞最初从一位 72 岁女性白人的右肱骨原发性 II 级软组织瘤中分离得到。最初的培养基是含有可的松和胰岛素的 L-15 培养基添加 10%FBS (胎牛血清) 和 1% 抗生素。1982 年 1 月, ATCC 收到 1 支传代至 12 代的冻存管 SW 1353 细胞。

产品说明

细胞名称	人软组织瘤细胞
细胞简称	SW1353
种属来源	人
组织来源	骨
细胞形态	成纤维细胞样
生长特性	贴壁生长
培养体系	培养体系：L-15 + 10%FBS (胎牛血清) + 1% P/S 推荐使用海星配套 SW1353 细胞专用培养基，货号：TCH-G342
消化时间	胰蛋白酶-EDTA 消化液 (0.25%) 含酚红 (胰酶) 在 37°C 消化 3-4min。 注：不同品牌胰酶不同细胞密度消化时间略有区别，以大部分细胞变圆脱落为准。
注意事项	1. 该细胞使用 L15 空气培养基，须将培养箱的二氧化碳浓度调节至“0” (维持空气培养状态)。 2. 没有无空气培养箱，可选择使用不透气培养瓶 (密封瓶盖) 培养该细胞，并将瓶盖拧紧，操作时开盖短间接触到的二氧化碳不影响该细胞正常培养。
传代比例	1: 2-1: 4, 每 2-3 天换液一次
培养环境	气相：空气，温度：37°C
冻存条件	冻存条件：60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 推荐海星 HyCyte® 一步冻存液 (即用型、无血清、无需程序降温)，货号：GUCP-R201 保存条件：液氮储存
安全性	所有肿瘤细胞和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性，建议在二级生物安全台内操作，并做好个人防护。
用途	仅供科研使用

MX233A5-20250205

为科研加速，为工业赋能！



海星商城二维码



公众号二维码



人软组织瘤细胞（L-15空气培养）（SW-1353）


货号：TCH-C342 规格： 1×10^6 cells/T25培养瓶

1. 空气培养注意要点：

a) 人软组织瘤细胞（SW-1353）使用L15空气培养基。

L-15 采用磷酸盐和游离氨基酸而非碳酸氢钠进行缓冲。这种培养基适用于支持非 CO_2 平衡环境中的细胞生长。在使用该培养体系时，须将培养箱的二氧化碳浓度调节至“0”（维持空气培养状态），如果通入5%二氧化碳通过培养基对细胞产生毒性。

b) 如您没有无空气培养箱，可选择使用不透气培养瓶（密封瓶盖）培养该细胞，并将瓶盖拧紧，每次操作时开盖短间接触到的二氧化碳不影响该细胞正常培养。



图示：密封瓶盖（左）和透气瓶盖（右）

2. SW-1353细胞专用培养基（即用型培养基）：

已添加血清和双抗等成分，可直接用于培养SW-1353细胞。

为科研加速，为工业赋能！



海星商城二维码



公众号二维码

